

Số: /YCBG-BV

Hung Yên, ngày tháng 10 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: **Mua sắm vật tư, phụ kiện sửa chữa, thay thế cho Monitor theo dõi bệnh nhân, máy điện tim năm 2025-2026** với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Thái Bình

Địa chỉ: Số 530, đường Lý Bôn, phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

CN. Phạm Thị Hà, số điện thoại liên hệ: 0963.355.618.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

3.1. Bản ký đóng dấu: Gửi về CN. Phạm Thị Hà – phòng Vật tư – Thiết bị y tế, Bệnh viện Đa khoa Thái Bình, số điện thoại liên hệ: 0963.355.618 (địa chỉ: Số 530, đường Lý Bôn, phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên).

3.2. File mềm gửi vào email: quanlydauthau.bvdktinhthaibinh@gmail.com (bao gồm: báo giá, catalog (nếu có), tài liệu kỹ thuật, hồ sơ pháp lý)

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 10 giờ 00 ngày 23/10/2025 đến 10 giờ 00 ngày 03/11/2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 03/11/2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục mua sắm vật tư, phụ kiện sửa chữa, thay thế cho Monitor theo dõi bệnh nhân, máy điện tim năm 2025-2026 (Chi tiết tại Phụ lục I đính kèm).

2. Địa điểm cung cấp hàng hóa: Tại Bệnh viện Đa khoa Thái Bình.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến là 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Không áp dụng.

- Thanh toán: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu.

5. Các hãng sản xuất, nhà cung cấp gửi báo giá:

- Theo mẫu tại phụ lục II đính kèm;

- Báo giá ghi rõ số điện thoại liên hệ của đơn vị hoặc người phụ trách báo giá;

- Giấy tờ gửi kèm bao gồm: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Catalog (nếu có), tài liệu kỹ thuật của hàng hóa;...

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình kính mời đại diện các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam tham gia báo giá trong thời gian và địa điểm nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, VTTBYT, TCKT, HĐMS.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Đức Thái

PHỤ LỤC I:
DANH MỤC MUA SẴM VẬT TƯ, PHỤ KIỆN SỬA CHỮA, THAY THẾ CHO
MONITOR THEO DỐI BỆNH NHÂN, MÁY ĐIỆN TIM NĂM 2025-2026
(Kèm theo Yêu cầu báo giá số: /YCBG-BV ngày tháng 10 năm 2025)

STT	Tên vật tư, phụ kiện	Tính năng, thông số kỹ thuật tương đương	Đơn vị tính	Số lượng
1	Cáp đo điện tim dùng cho Monitor	- Dây điện tim loại 3 điện cực. - Chuẩn IEC, đầu dây dạng kẹp, dây dài khoảng 3.4m ± 10% - Dây chất liệu từ TPU, chất liệu không chứa latex tương thích sinh học - Dùng tương thích với máy monitor hãng Nihon Kohden	Cái	38
2	Cáp đo điện tim dùng cho Monitor	- Dây điện tim loại 3 điện cực. - Chuẩn IEC, đầu dây dạng kẹp, dây dài khoảng 3.4m ± 10% - Dây chất liệu từ TPU, chất liệu không chứa latex tương thích sinh học - Dùng tương thích với máy monitor hãng GE	Cái	30
3	Cáp đo điện tim dùng cho Monitor	- Dây điện tim loại 3 điện cực. - Chuẩn IEC, đầu dây dạng kẹp, dây dài khoảng 3.4m ± 10% - Dây chất liệu từ TPU, chất liệu không chứa latex tương thích sinh học - Dùng tương thích với máy monitor hãng Fazzini	Cái	6
4	Cáp đo điện tim dùng cho Monitor	- Dây điện tim loại 3 điện cực. - Chuẩn IEC, đầu dây dạng kẹp, dây dài khoảng 3.4m ± 10% - Dây chất liệu từ TPU, chất liệu không chứa latex tương thích sinh học - Dùng tương thích với máy monitor hãng Bionet	Cái	1
5	Cáp đo điện tim dùng cho Monitor	- Dây điện tim loại 3 điện cực. - Chuẩn IEC, đầu dây dạng kẹp, dây dài	Cái	2

STT	Tên vật tư, phụ kiện	Tính năng, thông số kỹ thuật tương đương	Đơn vị tính	Số lượng
		khoảng 3.4m \pm 10% - Dây chất liệu từ TPU, chất liệu không chứa latex tương thích sinh học - Dùng tương thích với máy monitor hãng Philips		
6	Cáp đo điện tim dùng cho Máy điện tim	- Loại đầu tip needle 3.0mm hoặc đầu tip banana 4.0mm - Chuẩn IEC - Có 10 điện cực tương ứng với 10 nhánh dây - Chất liệu không chứa latex - Chiều dài dây khoảng 3.4m \pm 10% - Dùng tương thích với máy điện tim hãng Nihon Kohden	Cái	20
7	Cáp đo huyết áp dùng cho Monitor	- Chất liệu dây PVC. - Loại 2 dây dẫn khí - Chiều dài dây \geq 2.2m - Dùng tương thích với máy monitor hãng Nihon Kohden	Cái	49
8	Cáp đo huyết áp dùng cho Monitor	- Chất liệu dây PVC. - Loại 2 dây dẫn khí - Chiều dài dây \geq 2.2m - Dùng tương thích với máy monitor hãng GE	Cái	33
9	Cáp đo huyết áp dùng cho Monitor	- Chất liệu dây PVC. - Loại 2 dây dẫn khí - Chiều dài dây \geq 2.2m - Dùng tương thích với máy monitor hãng Fazzini	Cái	6
10	Cáp đo huyết áp dùng cho Monitor	- Chất liệu dây PVC. - Loại 2 dây dẫn khí - Chiều dài dây \geq 2.2m - Dùng tương thích với máy monitor hãng Bionet	Cái	2
11	Cáp đo huyết áp dùng cho Monitor	- Chất liệu dây PVC. - Loại 1 dây dẫn khí - Chiều dài dây \geq 2.2m - Dùng tương thích với máy monitor	Cái	2

STT	Tên vật tư, phụ kiện	Tính năng, thông số kỹ thuật tương đương	Đơn vị tính	Số lượng
		hãng Philips		
12	Cáp đo SpO2 dùng cho Monitor	<ul style="list-style-type: none"> - Sử dụng chất liệu TPU, áp dụng tiêu chuẩn tương thích sinh học - Sử dụng cảm biến TE độ chính xác cao. - Chiều dài dây: $\geq 3m$ - Loại đầu kẹp dùng cho người lớn - Độ chính xác (không chuyển động): $\pm 3\%$ (70-100%) - Độ chính xác nhịp mạch (không chuyển động): $\pm 3\%$ (30-250bpm) - Dùng tương thích với máy monitor hãng Nihon Kohden 	Cái	80
13	Cáp đo SpO2 dùng cho Monitor	<ul style="list-style-type: none"> - Sử dụng chất liệu TPU, áp dụng tiêu chuẩn tương thích sinh học - Sử dụng cảm biến TE độ chính xác cao. - Chiều dài dây: $\geq 3m$ - Loại đầu kẹp dùng cho người lớn - Độ chính xác (không chuyển động): $\pm 3\%$ (70-100%) - Độ chính xác nhịp mạch (không chuyển động): $\pm 3\%$ (30-250bpm) - Dùng tương thích với máy monitor hãng GE 	Cái	54
14	Cáp đo SpO2 dùng cho Monitor	<ul style="list-style-type: none"> - Sử dụng chất liệu TPU, áp dụng tiêu chuẩn tương thích sinh học - Sử dụng cảm biến TE độ chính xác cao. - Chiều dài dây: $\geq 3m$ - Loại đầu kẹp dùng cho người lớn - Độ chính xác (không chuyển động): $\pm 3\%$ (70-100%) - Độ chính xác nhịp mạch (không chuyển động): $\pm 3\%$ (30-250bpm) - Dùng tương thích với máy monitor hãng Fazzini 	Cái	7
15	Cáp đo SpO2 dùng cho Monitor	<ul style="list-style-type: none"> - Sử dụng chất liệu TPU, áp dụng tiêu chuẩn tương thích sinh học - Sử dụng cảm biến TE độ chính xác cao. - Chiều dài dây: $\geq 3m$ 	Cái	5

STT	Tên vật tư, phụ kiện	Tính năng, thông số kỹ thuật tương đương	Đơn vị tính	Số lượng
		<ul style="list-style-type: none"> - Loại đầu kẹp dùng cho người lớn - Độ chính xác (không chuyển động): $\pm 3\%$ (70-100%) - Độ chính xác nhịp mạch (không chuyển động): $\pm 3\%$ (30-250bpm) - Dùng tương thích với máy monitor hãng Bionet 		
16	Cáp đo SpO2 dùng cho Monitor	<ul style="list-style-type: none"> - Sử dụng chất liệu TPU, áp dụng tiêu chuẩn tương thích sinh học - Sử dụng cảm biến TE độ chính xác cao. - Chiều dài dây: $\geq 3\text{m}$ - Loại đầu kẹp dùng cho người lớn - Độ chính xác (không chuyển động): $\pm 3\%$ (70-100%) - Độ chính xác nhịp mạch (không chuyển động): $\pm 3\%$ (30-250bpm) - Dùng tương thích với máy monitor hãng Infinium 	Cái	1
17	Cáp đo SpO2 dùng cho Monitor	<ul style="list-style-type: none"> - Sử dụng chất liệu TPU, áp dụng tiêu chuẩn tương thích sinh học - Sử dụng cảm biến TE độ chính xác cao. - Chiều dài dây: $\geq 3\text{m}$ - Loại đầu kẹp dùng cho người lớn - Độ chính xác (không chuyển động): $\pm 3\%$ (70-100%) - Độ chính xác nhịp mạch (không chuyển động): $\pm 3\%$ (30-250bpm) - Dùng tương thích với máy monitor hãng Philips 	Cái	5
18	Bao đo huyết áp dùng cho Monitor	<ul style="list-style-type: none"> - Dùng nhiều lần - Chất liệu vòng bít: Nylon, PU, tương thích sinh học - Không chứa latex - Loại 1 ống dây, dài $\geq 35\text{cm}$ - Phạm vi vòng bít từ 25-35 cm. - Dùng cho người lớn - Dùng tương thích với monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon kohden 	Cái	69

STT	Tên vật tư, phụ kiện	Tính năng, thông số kỹ thuật tương đương	Đơn vị tính	Số lượng
19	Bao đo huyết áp dùng cho Monitor	<ul style="list-style-type: none"> - Dùng nhiều lần - Chất liệu vòng bít: Nylon, PU, tương thích sinh học - Không chứa latex - Loại 1 ống dây, dài 35cm ± 10% - Phạm vi vòng bít từ 25-35 cm. - Dùng cho người lớn - Dùng tương thích với monitor theo dõi bệnh nhân hãng GE 	Cái	48
20	Bao đo huyết áp dùng cho Monitor	<ul style="list-style-type: none"> - Dùng nhiều lần - Chất liệu vòng bít: Nylon, PU, tương thích sinh học - Không chứa latex - Loại 1 ống dây, dài 35cm ± 10% - Phạm vi vòng bít từ 25-35 cm. - Dùng cho người lớn - Dùng tương thích với monitor theo dõi bệnh nhân hãng Fazzini 	Cái	6
21	Bao đo huyết áp dùng cho Monitor	<ul style="list-style-type: none"> - Dùng nhiều lần - Chất liệu vòng bít: Nylon, PU, tương thích sinh học - Không chứa latex - Loại 1 ống dây, dài 35cm ± 10% - Phạm vi vòng bít từ 25-35 cm. - Dùng cho người lớn - Dùng tương thích với monitor theo dõi bệnh nhân hãng Bionet 	Cái	3
22	Bao đo huyết áp dùng cho Monitor	<ul style="list-style-type: none"> - Dùng nhiều lần - Chất liệu vòng bít: Nylon, PU, tương thích sinh học - Không chứa latex - Loại 1 ống dây, dài 35cm ± 10% - Phạm vi vòng bít từ 25-35 cm. - Dùng cho người lớn - Dùng tương thích với monitor theo dõi bệnh nhân hãng Philips 	Cái	5
23	Cáp đo huyết áp xâm nhập dùng cho Monitor	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu cáp: Vỏ bọc TPU - Không chứa latex - Dùng tương thích với monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden 	Cái	3
24	Bộ điện cực kẹp chi	<ul style="list-style-type: none"> - Dùng với đầu tips 3mm hoặc 4mm 	Bộ	17

STT	Tên vật tư, phụ kiện	Tính năng, thông số kỹ thuật tương đương	Đơn vị tính	Số lượng
	dùng cho Máy điện tim	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Phần điện cực là kim loại, phần thân kẹp là nhựa - Không chứa Latex - Bộ gồm 04 điện cực kẹp chi - Dùng tương thích với Máy điện tim hãng Nihon Kohden 		
25	Bộ điện cực hút trước ngực dùng cho Máy điện tim	<ul style="list-style-type: none"> - Dùng với đầu tít 3mm hoặc 4mm - Quả bóp hút cao su silicon - Chất liệu điện cực: Nickel - Chuẩn IEC - Không chứa Latex - Đường kính hút: 24mm - Bộ gồm 6 điện cực hút trước ngực - Dùng tương thích với Máy điện tim hãng Nihon Kohden 	Bộ	18

Ghi chú: Nhà cung cấp có thể báo giá những hàng hóa có thông số kỹ thuật, đơn vị tính tương đương hoặc tốt hơn (Bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có) trong tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật. Vì vậy nhà thầu có thể chào các hàng hóa có thương hiệu, ký mã hiệu khác nhưng phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu báo giá).

PHỤ LỤC II: MẪU BÁO GIÁ (1)

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Thái Bình

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện đa khoa Thái Bình, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá như sau:

1. Báo giá và dịch vụ liên quan:

Số TT	Số TT yêu cầu báo giá	Danh mục	Thông số kỹ thuật của hàng hoá	Mã HS	Ký hiệu, mã hiệu, nhãn hiệu, model	Hãng sản xuất/ Xuất xứ	Năm sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng/ Khối lượng	Đơn giá (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (VND)	Thành tiền (VND)
1		Danh mục A											
2		Danh mục B											
n												

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của vật tư, thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng:, kể từ ngày 03/11/2025 [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh

nghiệp.

- Cam kết chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình; cam kết bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá).

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

(Ghi kèm số điện thoại của công ty hoặc người phụ trách báo giá)

....., ngày tháng năm

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp

(Ký, họ tên, chức vụ, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

- (1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này.*
- (2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục” trong Yêu cầu báo giá.*
- (3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, của vật tư, thiết bị y tế tương ứng với chủng loại*
tại cột “Danh mục”.
- (4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng*