

Số: /YCBG-BV

Hung Yên, ngày tháng 10 năm 2025

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: **Mua sắm bóng đèn phục vụ sửa chữa thiết bị y tế năm 2025-2026** với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Thái Bình

Địa chỉ: Số 530, đường Lý Bôn, phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

CN. Phạm Thị Hà, số điện thoại liên hệ: 0963.355.618.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

3.1. Bản ký đóng dấu: Gửi về CN. Phạm Thị Hà – phòng Vật tư – Thiết bị y tế, Bệnh viện Đa khoa Thái Bình, số điện thoại liên hệ: 0963.355.618 (địa chỉ: Số 530, đường Lý Bôn, phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên).

3.2. File mềm gửi vào email: [quanlydauthau.bvdktinhthaibinh@gmail.com](mailto:quanlydauthau.bvdktinhthaibinh@gmail.com) (bao gồm: báo giá, catalog (nếu có), tài liệu kỹ thuật, hồ sơ pháp lý)

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 10 giờ 00 ngày 22/10/2025 đến 10 giờ 00 ngày 03/11/2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 03/11/2025.

### II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục mua sắm bóng đèn phục vụ sửa chữa thiết bị y tế năm 2025-2026 (Chi tiết tại Phụ lục I đính kèm).

2. Địa điểm cung cấp hàng hóa: Tại Bệnh viện Đa khoa Thái Bình.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến là 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Không áp dụng.

- Thanh toán: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu.

5. Các hãng sản xuất, nhà cung cấp gửi báo giá:

- Theo mẫu tại phụ lục II đính kèm;

- Báo giá ghi rõ số điện thoại liên hệ của đơn vị hoặc người phụ trách báo giá;

- Giấy tờ gửi kèm bao gồm: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Catalog (nếu có), tài liệu kỹ thuật của hàng hóa;...

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình kính mời đại diện các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam tham gia báo giá trong thời gian và địa điểm nêu trên./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;

- Lưu: VT, VTTBYT, TCKT, HĐMS.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Đức Thái**

**PHỤ LỤC I:**  
**DANH MỤC MUA SẴM BÓNG ĐÈN PHỤC VỤ SỬA CHỮA THIẾT BỊ Y TẾ**  
**NĂM 2025-2026**

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số: /YCBG-BV ngày tháng 10 năm 2025)

STT	Tên vật tư, phụ kiện	Tính năng, thông số kỹ thuật tương đương	Đơn vị tính	Số lượng
1	Bóng đèn hồng ngoại	- Điện áp sử dụng: 220V - Công suất: 250W - Dùng tương thích với Đèn hồng ngoại TNE/Việt Nam	Cái/Bóng	10
2	Bóng đèn hồng ngoại	- Điện áp sử dụng: 220V - Công suất: 250W - Dùng tương thích với Đèn hồng ngoại IR-300/Daekyung/Hàn Quốc	Cái/Bóng	10
3	Bóng đèn kính hiển vi phẫu thuật	- Điện áp sử dụng: 15V - Công suất: 150W - Dùng tương thích với Kính hiển vi phẫu thuật SOM62/Karl Kaps/ Đức	Cái/Bóng	03
4	Bóng đèn Máy sinh hiển vi khám bệnh	- Điện áp sử dụng: 12V - Công suất: 50W - Dùng tương thích với Máy sinh hiển vi khám bệnh L-0185/ Inami/ Nhật Bản	Cái/Bóng	02
5	Bóng đèn Máy sinh hiển vi khám bệnh	- Điện áp sử dụng: 12V - Công suất: 50W - Dùng tương thích với Máy sinh hiển vi khám bệnh AIT-1000/ Shin-Nippon/ Nhật Bản	Cái/Bóng	02
6	Bóng đèn đèn mổ	- Điện áp sử dụng: 24V - Công suất: 25W - Dùng tương thích với Đèn mổ 4 bóng 734/Trung Quốc	Cái/Bóng	08
7	Bóng đèn đèn mổ	- Điện áp sử dụng: 24V - Công suất: 150W - Dùng tương thích với đèn mổ BERCH TOLD/Đức	Cái/Bóng	20
8	Bóng đèn đèn mổ	- Điện áp sử dụng: 24V - Công suất: 150W - Dùng tương thích với đèn mổ Merivaara/Phần Lan	Cái/Bóng	30
9	Bóng đèn Bộ đặt nội khí quản	- Điện áp sử dụng: 2.7V - Dùng tương thích với Bộ đặt nội khí	Cái/Bóng	50

STT	Tên vật tư, phụ kiện	Tính năng, thông số kỹ thuật tương đương	Đơn vị tính	Số lượng
		quản Simaeco/Pakistan		
10	Bóng đèn kính hiển vi	- Điện áp sử dụng: 6V - Công suất: 20W - Dùng tương thích với Kính hiển vi CX22/Olympus/ Trung Quốc	Cái/Bóng	02
11	Bóng đèn kính hiển vi	- Điện áp sử dụng: 6V - Công suất: 20W - Dùng tương thích với Kính hiển vi YS100/Nikon/Nhật Bản	Cái/Bóng	02
12	Bóng đèn kính hiển vi	- Điện áp sử dụng: 6V - Công suất: 30W - Dùng tương thích với Kính hiển vi CX41/Olympus/Nhật Bản	Cái/Bóng	05
13	Bóng đèn xenon	- Công suất: $\geq 300$ W - Dòng điện: $\geq 20$ A - Điện áp: $\geq 14$ V - Nhiệt độ màu: $\geq 5900$ K - Dùng tương thích với Nguồn sáng XL4450/Fujifilm/Nhật Bản	Cái/Bóng	01
14	Bóng đèn cực tím 60 cm	- Bóng đèn cực tím - Chiều dài 60 cm - Điện áp 220V, công suất 20 W - Chất liệu thủy tinh	Cái/Bóng	40
15	Bóng đèn cực tím 90 cm	- Bóng đèn cực tím - Chiều dài: 90 cm - Điện áp 220V, công suất 30W - Chất liệu thủy tinh	Cái/Bóng	20
16	Bóng đèn cực tím 120 cm	- Bóng đèn cực tím - Chiều dài 120 cm - Điện áp 220V, công suất 36 W - Chất liệu thủy tinh	Cái/Bóng	20

**Ghi chú:** Nhà cung cấp có thể báo giá những hàng hóa có thông số kỹ thuật, đơn vị tính

*tương đương hoặc tốt hơn (Bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có) trong tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật. Vì vậy nhà thầu có thể chào các hàng hóa có thương hiệu, ký mã hiệu khác nhưng phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu báo giá).*

## PHỤ LỤC II: MẪU BÁO GIÁ (1)

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Thái Bình

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện đa khoa Thái Bình, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá ..... như sau:

1. Báo giá ..... và dịch vụ liên quan:

Số TT	Số TT yêu cầu báo giá	Danh mục .....	Thông số kỹ thuật của hàng hoá	Mã HS	Ký hiệu, mã hiệu, nhãn hiệu, model	Hãng sản xuất/ Xuất xứ	Năm sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng/ Khối lượng	Đơn giá (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (VND)	Thành tiền (VND)
1		Danh mục A											
2		Danh mục B											
n		.....											

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của vật tư, thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ....., kể từ ngày 03/11/2025 [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh

nghiệp.

- Cam kết chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình; cam kết bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá).

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

*(Ghi kèm số điện thoại của công ty hoặc người phụ trách báo giá)*

....., ngày ..... tháng ..... năm .....

**Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp**

*(Ký, họ tên, chức vụ, đóng dấu (nếu có))*

**Ghi chú:**

- (1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này.*
- (2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục .....” trong Yêu cầu báo giá.*
- (3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, của vật tư, thiết bị y tế tương ứng với chủng loại .....*  
*tại cột “Danh mục .....”.*
- (4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng .....*