

Số: /YCBG-BV

Hung Yên, ngày tháng 01 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: **Mua sắm bóng phát tia thay thế Bóng phát tia của Hệ thống máy chụp cắt lớp 16 lát Somatom Scope và Bóng phát tia của Hệ thống chụp cắt lớp 32 lát SOMATOM go.** Now hãng sản xuất: **Siemens tại Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp** với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Thái Bình

Địa chỉ: Số 530, đường Lý Bôn, phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

CN. Phạm Thị Hà, số điện thoại liên hệ: 0963.355.618.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

3.1. Bản ký đóng dấu: Gửi về CN. Phạm Thị Hà – phòng Vật tư – Thiết bị y tế, Bệnh viện Đa khoa Thái Bình, số điện thoại liên hệ: 0963.355.618 (địa chỉ: Số 530, đường Lý Bôn, phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên).

3.2. File mềm gửi vào email: quanlydauthau.bvdkinhthaibinh@gmail.com (bao gồm: báo giá, catalog (nếu có), tài liệu kỹ thuật, hồ sơ pháp lý)

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 14h00 ngày 14/01/2026 đến 14h00 ngày 26/01/2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 26/01/2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục Mua sắm bóng phát tia thay thế Bóng phát tia của Hệ thống máy chụp cắt lớp 16 lát Somatom Scope và Bóng phát tia của Hệ thống chụp cắt lớp 32 lát

SOMATOM go.Now hãng sản xuất: Siemens tại Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp (*Chi tiết tại Phụ lục I đính kèm*).

2. Địa điểm cung cấp hàng hóa: Tại Bệnh viện Đa khoa Thái Bình.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến là 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Không áp dụng.

- Thanh toán: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu.

5. Các hãng sản xuất, nhà cung cấp gửi báo giá:

- Theo mẫu tại phụ lục II đính kèm;

- Báo giá ghi rõ số điện thoại liên hệ của đơn vị hoặc người phụ trách báo giá;

- Giấy tờ gửi kèm bao gồm: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Catalog (nếu có), tài liệu kỹ thuật của hàng hóa;...

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình kính mời đại diện các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam tham gia báo giá trong thời gian và địa điểm nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, VTTBYT, TCKT, HĐMS

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Đức Thái

PHỤ LỤC I:
**DANH MỤC MUA SẴM BÓNG PHÁT TIA PHỤC VỤ THAY THỂ BÓNG
 PHÁT TIA CỦA HỆ THỐNG MÁY CHỤP CẮT LỚP 16 LÁT SOMATOM
 SCOPE VÀ BÓNG PHÁT TIA CỦA HỆ THỐNG CHỤP CẮT LỚP 32 LÁT
 SOMATOM GO.NOW HÃNG SẢN XUẤT: SIEMENS TẠI TRUNG TÂM
 CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH VÀ ĐIỆN QUANG CẦN THIỆP**

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số: /YCBG-BV ngày tháng 01 năm 2026)

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật tương đương	Đơn vị tính	Số lượng
1	Bóng phát tia	<ul style="list-style-type: none"> - Công suất trữ nhiệt tối đa của anode: ≥ 5 MHU - Vật liệu anode: Rhenium tungsten hoặc tương đương - Điện áp danh định: ≥ 140 KV - Kích thước tiêu điểm: <ul style="list-style-type: none"> + Tiêu điểm bé: 0,8x0,5 mm + Tiêu điểm lớn: 0,8x0,7 mm - Công suất phát tia: <ul style="list-style-type: none"> + Tiêu điểm bé: ≥ 28 KW + Tiêu điểm lớn: ≥ 45 KW - Góc Anode: 7^0 - Bộ lọc giảm liều cố định: $\geq 5,5$ mm Al/140KV - Công suất tản nhiệt tối đa: ≥ 3.8 KW - Động cơ quay của anode <ul style="list-style-type: none"> + Stato 3 pha + Điện thế pha 700 V $\pm 10\%$ + Dòng điện pha ≤ 10 Aeff - Tương thích với Hệ thống máy chụp cắt lớp 16 lát Model: Somatom Scope Power, Hãng sản xuất: Siemens 	Chiếc	01
2	Bóng phát tia	<ul style="list-style-type: none"> - Công suất trữ nhiệt tối đa của anode: ≥ 3.5 MHU - Vật liệu anode: Rhenium tungsten hoặc tương đương - Điện áp danh định: ≥ 140 KV - Kích thước tiêu điểm: <ul style="list-style-type: none"> + Tiêu điểm bé: 0,8x0,4 mm + Tiêu điểm lớn: 0,8x0,7 mm - Công suất phát tia: <ul style="list-style-type: none"> + Tiêu điểm bé: ≥ 21 KW + Tiêu điểm lớn: ≥ 29 KW - Góc Anode: 8^0 - Bộ lọc giảm liều cố định: $\geq 5,5$ mm Al/140KV - Công suất tản nhiệt tối đa: ≥ 3 KW - Động cơ quay Anode tối thiểu: <ul style="list-style-type: none"> + Stator 3 pha + Điện áp pha 430-750Vpp 	Chiếc	01

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật tương đương	Đơn vị tính	Số lượng
		<ul style="list-style-type: none"> + Dòng điện pha ≤ 25 Aeff - Chất làm mát: Dầu cách điện - Tốc độ dòng chảy: > 5 L/phút - Thể tích chất làm mát (tổ hợp bóng bao gồm cả hệ thống làm mát) < 10L - Tương thích với Hệ thống máy chụp cắt lớp 32 lát Model: Somatom go. Now, Hãng sản xuất: Siemens 		

Ghi chú: Nhà cung cấp có thể báo giá những hàng hóa có thông số kỹ thuật, đơn vị tính tương đương hoặc tốt hơn (Bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có) trong tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật. Vì vậy nhà thầu có thể chào các hàng hóa có thương hiệu, ký mã hiệu khác nhưng phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu báo giá).

PHỤ LỤC II: MẪU BÁO GIÁ ⁽¹⁾

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số: /YCBG-BV ngày tháng 01 năm 2026)

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Thái Bình

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện đa khoa Thái Bình, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá như sau:

1. Báo giá và dịch vụ liên quan:

Số TT	Số TT yêu cầu báo giá	Danh mục	Thông số kỹ thuật của hàng hoá/ Mô tả dịch vụ	Mã HS	Ký hiệu, mã hiệu, nhãn hiệu, model	Hãng sản xuất/ Xuất xứ	Năm sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng/ Khối lượng	Đơn giá (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (VND)	Thành tiền (VND)
1		Danh mục A											
2		Danh mục B											
n												

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của vật tư, thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng:, kể từ ngày 26/01/2026 [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Cam kết chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình; cam kết bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá).

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

(Ghi kèm số điện thoại của công ty hoặc người phụ trách báo giá)

....., ngày tháng năm

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp ⁽²⁾

(Ký, họ tên, chức vụ, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này.

(2) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá