

Số: /TM-BV

Hung Yên, ngày tháng 01 năm 2026

Về việc kiểm tra, tư vấn sửa chữa máy thở hãng sản xuất Event Medical tại Bệnh viện.

### THƯ MỜI QUAN TÂM

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình (Địa chỉ: Số 530, Đường Lý Bôn, Phường Trần Hưng Đạo, Tỉnh Hưng Yên) hiện đang có một số máy thở hãng sản xuất Event Medical bị hỏng, cụ thể như sau:

STT	Tên thiết bị hỏng	Tình trạng hỏng	Đơn vị sử dụng
1	Máy thở Model: Evolution 3e S/n: EVL 81003 Hãng sản xuất: Event Medical Nước sx: Mỹ	Báo lỗi pin, cảm biến Oxy, cảm biến lưu lượng, lỗi thở ra	Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc
2	Máy thở Model: Evolution 3e S/n: EVL 80999 Hãng sản xuất: Event Medical Nước sx: Mỹ	Báo lỗi pin, cảm biến Oxy, cảm biến lưu lượng, lỗi thở ra	Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc
3	Máy thở Model: Evolution 3e S/n: EVL 81004 Hãng sản xuất: Event Medical Nước sx: Mỹ	Báo lỗi pin, cảm biến Oxy, cảm biến lưu lượng, áp lực hít vào cao	Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc
4	Máy thở Model: Evolution 3e S/n: EVL 81004 Hãng sản xuất: Event Medical Nước sx: Mỹ	Báo lỗi pin, cảm biến Oxy, cảm biến lưu lượng, lỗi thở ra	Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc

5	Máy thở Model: Evolution 3e S/n: EVL 81004 Hãng sản xuất: Event Medical Nước sx: Mỹ	Báo lỗi pin, cảm biến Oxy, cảm biến lưu lượng, áp lực hít vào cao, áp lực khí nén cao, lỗi thở ra	Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc
6	Máy thở Model: Evolution 3e S/n: EVL 81006 Hãng sản xuất: Event Medical Nước sx: Mỹ	Báo lỗi pin, cảm biến Oxy, cảm biến lưu lượng	Khoa Gây mê hồi sức
7	Máy thở Model: Evolution 3e S/n: EVL 42601 Hãng sản xuất: Event Medical Nước sx: Mỹ	Báo lỗi cảm biến Oxy, cảm biến lưu lượng, lỗi thở ra	Khoa Gây mê hồi sức
8	Máy thở Model: Evolution 3e S/n: EVL 81011 Hãng sản xuất: Event Medical Nước sx: Mỹ	Báo lỗi pin, cảm biến Oxy, cảm biến lưu lượng	Khoa Gây mê hồi sức
9	Máy thở Model: Evolution 3e S/n: EVL 42595 Hãng sản xuất: Event Medical Nước sx: Mỹ	Báo lỗi pin, cảm biến Oxy, cảm biến lưu lượng, áp lực hít vào cao, áp lực thể tích cao	Khoa Gây mê hồi sức
10	Máy thở Model: Evolution 3e S/n: EVL 81012 Hãng sản xuất: Event Medical Nước sx: Mỹ	Báo lỗi pin, cảm biến Oxy, cảm biến lưu lượng, lỗi thở ra	Khoa Gây mê hồi sức

11	Máy thở Model: Evolution 3e S/n: EVL 81013 Hãng sản xuất: Event Medical Nước sx: Mỹ	Báo lỗi pin, cảm biến Oxy, cảm biến lưu lượng, áp lực thể tích cao	Khoa Gây mê hồi sức
12	Máy thở Model: Evolution 3e S/n: EVL 11580 Hãng sản xuất: Event Medical Nước sx: Mỹ	Báo lỗi pin, cảm biến Oxy, cảm biến lưu lượng, lỗi thở ra	Khoa Gây mê hồi sức
13	Máy thở Model: Evolution 3e S/n: EVL 81007 Hãng sản xuất: Event Medical Nước sx: Mỹ	Báo lỗi pin, cảm biến Oxy, cảm biến lưu lượng, áp lực thở cao, áp lực hít vào thấp, áp lực thể tích cao	Khoa Gây mê hồi sức

Để giúp Bệnh viện xác định nguyên nhân và hướng sửa chữa, Bệnh viện trân trọng kính mời Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam cử kỹ sư có kinh nghiệm và kỹ thuật về kiểm tra, tư vấn sửa chữa và báo giá sửa chữa máy thở hãng sản xuất Event Medical hồng trên cho Bệnh viện.

Thời gian kiểm tra tại Bệnh viện: Từ ngày 15/01/2026 đến hết ngày 25/01/2026.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: KS. Tống Trường Giang - phòng Vật tư – Thiết bị y tế, số điện thoại: 0986.052.881

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình trân trọng cảm ơn! *HL*

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, VTTBYT. *KS*

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Lại Đức Trí**