

Số: /YCBG-BV

Hung Yên, ngày 13 tháng 02 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Căn cứ Biên bản Hội đồng chuyên gia Hội đồng khoa học kỹ thuật Bệnh viện ngày 13/02/2026 về việc sửa đổi thông số kỹ thuật Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng) thuộc danh mục thiết bị Mua sắm thiết bị y tế phục vụ khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa Thái Bình.

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu: Mua sắm Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng) thuộc danh mục thiết bị Mua sắm thiết bị y tế phục vụ khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa Thái Bình với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Thái Bình

Địa chỉ: Số 530, đường Lý Bôn, phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

CN. Phạm Thị Hà, số điện thoại liên hệ: 0963.355.618.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

3.1. Bản ký đóng dấu: Gửi về CN. Phạm Thị Hà – phòng Vật tư – Thiết bị y tế, Bệnh viện Đa khoa Thái Bình, số điện thoại liên hệ: 0963.355.618 (địa chỉ: Số 530, đường Lý Bôn, phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên).

3.2. File mềm gửi vào email: quanlydauthau.bvdktinhthaibinh@gmail.com (bao gồm: báo giá, catalog (nếu có), tài liệu kỹ thuật, hồ sơ pháp lý)

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 15 giờ 00 ngày 23/02/2026 đến 15 giờ 00 ngày 05/3/2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 05/3/2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục thiết bị:

STT	Tên thiết bị	Cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng mua sắm
1	Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)	Chi tiết theo Phụ lục đính kèm	Hệ thống	02

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt, bảo quản và thực hiện dịch vụ: Tại Bệnh viện Đa khoa Thái Bình.

3. Dự kiến thời gian hoàn thành: 90 ngày.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Không áp dụng.

- Thanh toán: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu.

5. Các hãng sản xuất, nhà cung cấp gửi báo giá:

- Báo giá ghi rõ số điện thoại liên hệ của đơn vị hoặc người phụ trách báo giá;

- Giấy tờ gửi kèm bao gồm:

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

+ Catalog, hình ảnh sản phẩm;

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình kính mời đại diện các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam tham gia báo giá trong thời gian và địa điểm nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, VTTBYT, TCKT, HĐMS.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lại Đức Trí

PHỤ LỤC CẤU HÌNH, TÍNH NĂNG, THÔNG SỐ KỸ THUẬT
(kèm theo Yêu cầu báo giá ngày /02/2026 của Bệnh viện Đa khoa Thái Bình)
HỆ THỐNG NỘI SOI TIÊU HÓA (DẠ DÀY, ĐẠI TRÀNG)

I	Yêu cầu chung
	Mới 100%
	Sản xuất năm 2025 trở về sau
	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
	Nguồn điện sử dụng: 100-240V, 50/60Hz
	Môi trường hoạt động:
	- Nhiệt độ tối đa: $\geq 30^{\circ}\text{C}$
	- Độ ẩm tối đa: $\geq 80\%$
	Xuất xứ máy chính: G7 hoặc EU
II	Cấu hình
	Bộ xử lý hình ảnh tích hợp: 01 bộ
	Màn hình y tế LCD hoặc 4K: 01 chiếc
	Ống nội soi dạ dày Video: 03 chiếc
	Ống nội soi đại tràng Video: 02 chiếc
	Dụng cụ kiểm tra rò rỉ: 01 chiếc
	Kìm sinh thiết dạ dày, dùng 1 lần (tối thiểu 20 cái)
	Kìm sinh thiết đại tràng, dùng 1 lần (tối thiểu 20 cái)
	Xe đẩy hệ thống: 01 chiếc
	Hệ thống in trả kết quả, bao gồm:
	- Máy tính: 01 chiếc
	- Màn hình LCD: 01 chiếc
	- Máy in màu: 01 chiếc

	Máy hút dịch 2 bình: 01 chiếc
	Máy bơm tưới rửa: 01 chiếc
	Dao mổ điện cao tần: 01 chiếc
III	Yêu cầu kỹ thuật
1	Bộ xử lý hình ảnh
	- Bộ xử lý hình ảnh nội soi cung cấp chất lượng hình ảnh 4K
	- Bóng đèn LED: có tối thiểu 4 bóng
	- Có hỗ trợ công nghệ tăng cường hình ảnh quang học chế độ ánh sáng xanh hoặc hỗ trợ công nghệ tăng cường hình ảnh quang học ở dải bước sóng hẹp
	- Có chức năng cân bằng trắng tự động hoặc không cần thực hiện điều chỉnh cân bằng trắng khi kết hợp với các dòng ống soi có chức năng tương thích
	- Có chức năng chọn hình ảnh rõ nét
	- Có chức năng dừng hình ảnh nội soi
	- Tín hiệu đầu ra: DVI hoặc SDI
	- Có khả năng điều chỉnh tông màu
	+ Đỏ: ≥ 9 bước
	+ Xanh: ≥ 9 bước
	+ Chroma: ≥ 9 bước
	- Có thể xuất hình ảnh DICOM
	- Có thể lựa chọn cài đặt tăng cường cấu trúc.
	- Có thể hiển thị các thông tin của bệnh nhân
	- Có khả năng lưu trữ dữ liệu bệnh nhân
2	Màn hình y tế

	- Màn hình: LCD
	- Kích thước: ≥ 27 inch
	- Độ phân giải: tối thiểu 1920 x 1080 pixels
	- Tỷ lệ tương phản: 1000:1
	- Ngõ vào tín hiệu tối thiểu: DVI-D, SDI
3	Ống nội soi dạ dày Video
	- Có hỗ trợ công nghệ tăng cường hình ảnh quang học chế độ ánh sáng xanh hoặc hỗ trợ công nghệ tăng cường hình ảnh quang học ở dải bước sóng hẹp
	- Hướng nhìn thẳng: 0 độ
	- Trường nhìn tối đa: 140 độ
	- Phạm vi quan sát: 2 ~ 100 mm
	- Đường kính ngoài của đầu cuối ống soi: ≥ 9.2 mm
	- Đường kính ngoài của thân ống soi: ≤ 9.8 mm
	- Đường kính bên trong kênh dụng cụ: ≥ 2.8 mm
	- Có tích hợp kênh nước phụ
	- Độ uốn cong của đầu ống soi:
	+ Hướng lên: 210°
	+ Hướng xuống: 90°
	+ Hướng phải: 100°
	+ Hướng trái: 100°
	- Chiều dài làm việc: ≥ 1000 mm
	- Chiều dài tổng: ≥ 1300 mm
4	Ống nội soi đại tràng Video

	- Có hỗ trợ công nghệ tăng cường hình ảnh quang học chế độ ánh sáng xanh hoặc hỗ trợ công nghệ tăng cường hình ảnh quang học ở dải bước sóng hẹp
	- Hướng nhìn thẳng: 0 độ
	- Trường nhìn tối đa: 170°
	- Phạm vi quan sát: 2 ~ 100 mm
	- Đường kính ngoài của đầu cuối ống soi: ≥ 12 mm
	- Đường kính ngoài của thân ống soi: ≤ 13 mm
	- Đường kính bên trong kênh dụng cụ: ≥ 3.7 mm
	- Có tích hợp kênh nước phụ
	- Độ uốn cong của đầu ống soi:
	+ Hướng lên: 180°
	+ Hướng xuống: 180°
	+ Hướng phải: 160°
	+ Hướng trái: 160°
	- Chiều dài làm việc: ≥ 1300 mm
	- Chiều dài tổng: ≥ 1600 mm
5	Dụng cụ kiểm tra rò rỉ
	- Tương thích với các ống soi trên, dùng để kiểm tra rò rỉ
	- Kim sinh thiết dạ dày dùng 1 lần
	- Kim sinh thiết đại tràng dùng 1 lần
6	Xe đẩy hệ thống
	Số ngăn chứa máy: 03
	Có giá treo màn hình
	Có giá treo dây soi

	Bánh xe có phanh hãm
7	Máy tính cấu hình tối thiểu như sau:
	- Bộ vi xử lý tối thiểu: core I3
	- Ổ lưu trữ 256GB, màn hình LCD $\geq 17''$
	- Chuột, bàn phím đi kèm
	- Máy in màu thông dụng, tốc độ in tối đa ≥ 15 tờ/phút
8	Máy hút dịch 2 bình
	Loại bơm piston không dầu
	Áp suất chân không tối đa: (- 675) mmHg
	Tốc độ lưu thông khí tự do tối đa: 60 lít/ phút
	Dung tích bình đựng dịch: ≥ 2000 mL/bình
9	Máy bơm tưới rửa
	Có thể dùng để bơm chất lỏng cho cả kênh dụng cụ và kênh nước phụ
	Bình chứa nước có thể hấp tiệt trùng được
	Tốc độ bơm tối đa cho kênh dụng cụ: ≥ 750 ml/ phút
	Tốc độ bơm tối đa cho kênh nước phụ: ≥ 220 ml/ phút
	Bình nước dung tích: ≥ 2 lít
10	Dao mổ điện cao tần
	*Chế độ tự động cắt đơn cực:
	- Công suất tối đa: ≥ 120 W
	- Có các chế độ cầm máu sau:
	+ Chế độ cầm máu mềm:
	. Điện áp đỉnh tối đa: ≥ 190 V
	. Công suất tối đa: ≥ 120 W

	+ Chế độ cầm máu tăng cường: Công suất tối đa: ≥ 120 W
	*Chế độ cắt lưỡng cực:
	- Công suất tối đa: ≥ 100 W
	- Chế độ cầm máu lưỡng cực: Công suất tối đa: ≥ 120 W
IV	Yêu cầu khác:
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ

Mẫu báo giá cung cấp hàng hóa, dịch vụ

BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Thái Bình

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa Thái Bình, chúng tôi....*[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh]* báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan:

STT	Danh mục thiết bị y tế ⁽²⁾	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất ⁽³⁾	Mã HS ⁽⁴⁾	Năm sản xuất ⁽⁵⁾	Nước sản xuất ⁽⁶⁾	Số lượng/Khối lượng ⁽⁷⁾	Đơn giá ⁽⁸⁾ (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan ⁽⁹⁾ (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) ⁽¹⁰⁾ (VND)	Thành tiền ⁽¹¹⁾ (VND)
1	Thiết bị A									
2	Thiết bị B									
n									
Tổng cộng										

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

- Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày *[ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày]*, kể từ ngày 05 tháng 3 năm 2026.
- Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;

- Cam kết về chất lượng của sản phẩm;
- Cam kết chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình; cam kết bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá, không nâng khống giá;
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin trên.

....., ngày tháng ... năm 202...

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp

(Ký, họ tên, chức vụ, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

- (1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này.*
- (2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá.*
- (3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.*
- (4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.*
- (5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.*
- (7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.*
- (8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.*

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.