

Số: 355/TM-BV
V/v khảo sát, tư vấn mua sắm, lắp đặt Hệ thống RO
tại khoa Hồi sức tích cực – Chống độc.

Hung Yên, ngày 05 tháng 03 năm 2026

THƯ MỜI QUAN TÂM

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc - Bệnh viện Đa khoa Thái Bình (Địa chỉ: Số 530, Đường Lý Bôn, Phường Trần Hưng Đạo, Tỉnh Hưng Yên) hiện đang có nhu cầu mua sắm, lắp đặt 01 Hệ thống lọc nước RO dùng cho 03 máy thận nhân tạo, cụ thể như sau:

STT	Tên thiết bị mua sắm	Yêu cầu Tính năng, Thông số kỹ thuật
1	Hệ thống RO	<ul style="list-style-type: none">- Lưu lượng $\geq 0,5$ m³/h, thu hồi 50-60%, loại bỏ muối $\geq 99,6\%$- Tự ngắt khi mất nước/dừng máy- Giám sát được lưu lượng, áp lực và độ dẫn điện- Vận hành auto/manual- Nhiệt độ làm việc 5 – 30 độ C- Gồm 02 màng RO 4040- Bơm cao áp 1,1 kW- Có tủ điện phù hợp lắp các thiết bị- Đường ống Inox 304- Hệ tiền xử lý gồm bơm cấp, cột lọc đa cấp, 02 cột than hoạt tính, cột làm mềm, cốc lọc 5µm

Để giúp Bệnh viện xác định được chi tiết nội dung đề nghị mua sắm như số lượng, cấu hình, thông số kỹ thuật,... Bệnh viện trân trọng kính mời Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam cử kỹ sư có kinh nghiệm và kỹ thuật về Khảo sát, tư vấn mua sắm, lắp đặt Hệ thống nước RO tại khoa Hồi sức tích cực – Chống độc cho Bệnh viện.

Thời gian kiểm tra tại Bệnh viện: Từ ngày 05/03/2026 đến hết ngày 15/03/2026.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: KS. Tổng Trưởng Giang - phòng Vật tư – Thiết bị y tế, số điện thoại: 0986.052.881

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, VTTBYT.

