

SỞ Y TẾ TỈNH HUNG YÊN
BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TM-BV

Hung Yên, ngày tháng 03 năm 2026

Về việc kiểm tra, tư vấn sửa chữa máy truyền dịch
TOP 2300, hãng sản xuất: Top Corporation của
Trung tâm cấp cứu và Đột quy.

THƯ MỜI QUAN TÂM

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm cấp cứu và Đột quy - Bệnh viện Đa khoa Thái Bình (Địa chỉ: Số 530, Đường Lý Bôn, Phường Trần Hưng Đạo, Tỉnh Hưng Yên) hiện đang có 01 máy truyền dịch TOP 2300, hãng sản xuất: Top Corporation bị hỏng, cụ thể như sau:

STT	Tên thiết bị hỏng	Tình trạng hỏng
1	Máy truyền dịch Model: TOP 2300 S/n: 21G1078 Hãng sx: Top Corporation Nước sx: Nhật Bản	Máy báo lỗi System Error (FR24)

Để giúp Bệnh viện xác định nguyên nhân và hướng sửa chữa, Bệnh viện trân trọng kính mời Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam cử kỹ sư có kinh nghiệm và kỹ thuật về kiểm tra, tư vấn sửa chữa máy truyền dịch TOP 2300, hãng sản xuất: Top Corporation bị hỏng của Trung tâm cấp cứu và Đột quy cho Bệnh viện.

Thời gian kiểm tra tại Bệnh viện: Từ ngày 17/03/2026 đến hết ngày 27/03/2026.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: KS. Tống Trường Giang - phòng Vật tư – Thiết bị y tế, số điện thoại: 0986.052.881

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, VTTBYT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lại Đức Trí