

Số: /TM-BV

Hưng Yên, ngày tháng 04 năm 2026

Về việc kiểm tra, tư vấn sửa chữa máy thận nhân tạo 4008S, hãng sản xuất: Fresenius tại khoa Thận nhân tạo.

## THƯ MỜI QUAN TÂM

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Khoa Thận nhân tạo - Bệnh viện Đa khoa Thái Bình (Địa chỉ: Số 530, Đường Lý Bôn, Phường Trần Hưng Đạo, Tỉnh Hưng Yên) hiện đang có 02 máy thận nhân tạo 4008S, hãng sản xuất: Fresenius bị hỏng, cụ thể như sau:

STT	Tên thiết bị hỏng	Tình trạng hỏng
1	<b>Máy thận nhân tạo</b> Model: 4008S S/n: 2SXA3VX6 Hãng sx: Fresenius Nước sx: Đức	Máy lỗi bơm dịch, thanh gia nhiệt
2	<b>Máy thận nhân tạo</b> Model: 4008S S/n: 2SXA3VX8 Hãng sx: Fresenius Nước sx: Đức	Máy lỗi bơm dịch

Để giúp Bệnh viện xác định nguyên nhân và hướng sửa chữa, Bệnh viện trân trọng kính mời Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam cử kỹ sư có kinh nghiệm và kỹ thuật về kiểm tra, tư vấn sửa chữa máy thận nhân tạo 4008S, hãng sản xuất: Fresenius tại khoa Thận nhân tạo cho Bệnh viện.

Thời gian kiểm tra tại Bệnh viện: Từ ngày 09/04/2026 đến hết ngày 19/04/2026.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: KS. Tổng Trường Giang - phòng Vật tư – Thiết bị y tế, số điện thoại: 0986.052.881

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình trân trọng cảm ơn! #L

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, VTTBYT. #L

**KT. GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lại Đức Trí