

Số: /TM-BV

Hung Yên, ngày tháng 06 năm 2026

V/v kiểm tra, tư vấn lắp đặt bổ sung các hộp khí y tế đầu giường và chuông báo gọi nhân viên y tế cho khoa Hồi sức tích cực – Chống độc và Trung tâm cấp cứu và Đột quỵ

THƯ MỜI QUAN TÂM

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc và Trung tâm cấp cứu và Đột quỵ - Bệnh viện Đa khoa Thái Bình (Địa chỉ: Số 530, Đường Lý Bôn, Phường Trần Hưng Đạo, Tỉnh Hưng Yên) hiện đang có nhu cầu lắp đặt bổ sung các hộp khí y tế đầu giường và chuông báo gọi nhân viên y tế, cụ thể như sau:

A. Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc

I. Lắp đặt bổ sung các hộp khí y tế đầu giường

STT	Số lượng hộp khí y tế đầu giường	Cấu hình 01 hộp khí			
		Ổ khí Oxy chuẩn DIN	Ổ khí nén chuẩn DIN	Ổ khí hút chuẩn DIN	Ổ cắm điện 3 chấu
1	18	2	2	1	4
Tổng các ổ		36	36	18	72

II. Lắp đặt chuông báo gọi nhân viên y tế

STT	Tên vật tư, thiết bị	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	Bộ chuông báo gọi nhân viên y tế	Bộ	1	Đặt tại phòng hành chính
2	Ổ chuông báo gọi nhân viên y tế	Cái	18	

B. Trung tâm cấp cứu và Đột quy

1. Khu Cấp cứu ban đầu:

STT	Số lượng hộp khí y tế đầu giường	Cấu hình 01 hộp khí				
		Ổ khí Ô xy chuẩn DIN	Ổ khí nén chuẩn DIN	Ổ khí hút chuẩn DIN	Ổ cắm điện đôi 3 chấu	Ổ chuông báo gọi nhân viên y tế
1	01 Băng dài (dùng cho 04 giường bệnh)	8	4	2	8	0
Tổng cộng các ổ:		8	4	2	8	0

2. Khu điều trị cấp cứu A014

STT	Số lượng hộp khí y tế đầu giường	Cấu hình 01 hộp khí				
		Ổ khí Ô xy chuẩn DIN	Ổ khí nén chuẩn DIN	Ổ khí hút chuẩn DIN	Ổ cắm điện đôi 3 chấu	Ổ chuông báo gọi nhân viên y tế
1	01 Băng dài (dùng cho 02 giường bệnh)	4	2	2	4	2
2	01 Băng dài (dùng cho 05 giường bệnh)	10	5	5	10	5
Tổng cộng các ổ:		14	7	7	14	7

3. Khu điều trị cấp cứu A015

STT	Số lượng hộp khí y tế đầu giường	Cấu hình 01 hộp khí				
		Ổ khí Ô xy chuẩn DIN	Ổ khí nén chuẩn DIN	Ổ khí hút chuẩn DIN	Ổ cắm điện đôi 3 chấu	Ổ chuông báo gọi nhân viên y tế
1	01 Băng dài (dùng cho 02 giường bệnh)	4	0	2	4	2
2	01 Băng dài (dùng cho 05 giường bệnh)	10	0	5	10	5
Tổng cộng các ổ:		14	0	7	14	7

Thiết bị ngoại vi kèm theo cho các hộp khí y tế đầu giường.

STT	Tên vật tư, thiết bị	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
1	Bộ điều chỉnh lưu lượng Ô xy chuẩn DIN	Bộ	36	Dùng khi cần cho bệnh nhân sử dụng mask thở (Tương ứng với 36 ổ khí ô xy).
2	Bộ điều chỉnh lưu lượng khí hút chuẩn DIN	Bộ	16	Dùng khi cần hút dịch cho bệnh nhân (Tương ứng 16 ổ khí hút).

Để giúp Bệnh viện xác định được chi tiết nội dung cần thiết như số lượng, thông số kỹ thuật,... Bệnh viện trân trọng kính mời Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam cử kỹ sư có kinh nghiệm và kỹ thuật về kiểm tra, tư vấn lắp đặt bổ sung các hộp khí y tế đầu giường và chuông báo gọi nhân viên y tế cho khoa Hồi sức tích cực – Chống độc và Trung tâm cấp cứu và Đột quỵ.

Thời gian kiểm tra tại Bệnh viện: Từ ngày 10/06/2026 đến hết ngày 14/06/2026.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: KS. Tổng Trường Giang - phòng Vật tư – Thiết bị y tế, số điện thoại: 0986.052.881

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình trân trọng cảm ơn! *HL*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, VTTBYT. *br*

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lại Đức Trí