

Số: /YCBG-BV

Hung Yên, ngày tháng 6 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Căn cứ Biên bản Hội đồng mua sắm, đấu thầu ngày 26/5/2026 về việc thống nhất một số nội dung liên quan đến công tác đấu thầu, mua sắm.

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: **Mua sắm vật tư, vật liệu cho một số hệ thống lọc nước RO tại Bệnh viện** với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Thái Bình

Địa chỉ: Số 530, đường Lý Bôn, phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

CN. Phạm Thị Hà, số điện thoại liên hệ: 0963.355.618.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

3.1. Bản ký đóng dấu: Gửi về CN. Phạm Thị Hà – phòng Vật tư – Thiết bị y tế, Bệnh viện Đa khoa Thái Bình, số điện thoại liên hệ: 0963.355.618 (địa chỉ: Số 530, đường Lý Bôn, phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên).

3.2. File mềm gửi vào email: quanlydauthau.bvdktinhthaibinh@gmail.com (bao gồm: báo giá, catalog (nếu có), tài liệu kỹ thuật, hồ sơ pháp lý)

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 15h00 ngày 10/6/2026 đến 10h00 ngày 22/6/2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 22/6/2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục Mua sắm vật tư, vật liệu cho một số hệ thống lọc nước RO tại Bệnh viện (*Chi tiết tại Phụ lục I đính kèm*).

2. Địa điểm cung cấp: Tại Bệnh viện Đa khoa Thái Bình.

3. Thời gian thực hiện gói thầu dự kiến: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Không áp dụng.

- Thanh toán: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu.

5. Các hãng sản xuất, nhà cung cấp gửi báo giá:

- Theo mẫu tại phụ lục II đính kèm;

- Báo giá ghi rõ email, số điện thoại liên hệ của đơn vị hoặc người phụ trách báo giá;

- Giấy tờ gửi kèm bao gồm: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Catalog (nếu có), tài liệu kỹ thuật của hàng hóa;...

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình kính mời đại diện các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam tham gia báo giá trong thời gian và địa điểm nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, VTTBYT, TCKT, HĐMS

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Đức Thái

PHỤ LỤC I:
DANH MỤC MUA SẴM VẬT TƯ, VẬT LIỆU CHO MỘT SỐ HỆ
THỐNG LỘC NƯỚC RO TẠI BỆNH VIỆN

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số: /YCBG-BV ngày tháng 6 năm 2026)

STT	Vật tư, vật liệu thay thế	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
I	Khoa Thận nhân tạo			
1	Cát lọc nước	- Kích thước: 1 – 2mm - Màu sắc: Trắng - Độ ẩm: 18 – 20% bay hơi hao: 5 – 8%	Kg	280
2	Vật liệu lọc đa năng	- Kích thước hạt: 0,1 – 10 mm - Tỷ trọng: 570-700kg/m ³ - Diện tích bề mặt: 120 – 180 m ² /g - Độ xốp: 70% - Dung lượng hấp thụ: 1,3g/g - Độ ẩm: 90 – 95%	Lít	120
3	Carbon hoạt tính	- Kích thước hạt: ≈ 1 – 3mm - Tỷ trọng: 250 – 280 kg/m ³ - Chỉ số iod: > 700 mg/g - Độ tro: 9%	Kg	150
4	Chất trao đổi ion	- Lượng trao đổi: ≥ 1,9 eq/l - Kích thước: 0,3 – 1,2 mm - Tỷ trọng: 850 g/l	Lít	400
5	Màng lọc RO	- Màn áp cao - Kích thước dài: 40 Inch - Kích thước đường kính: 7,9 Inch - Công suất lớn nhất: 41,6 m ³ /ngày - Áp lực: 200 Psi	Cái	03
6	Bóng đèn UV	- Công suất: 60W - Dùng cho bộ đèn VH410/2	Cái	04
7	Lõi lọc xác khuẩn 0.2 micron	- Vật liệu: Polypropylen - Độ dài: 20 inch - Cấp lọc: 0,2 μm - Đường kính trong: 28/30 mm - Đường kính ngoài: 68 mm	Cái	16
8	Xét nghiệm Endotoxin và vi sinh vật	- Xét nghiệm 01 chỉ tiêu Endotoxin và 01 chỉ tiêu tổng số vi sinh vật - Xét nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 23500-3:2024	Mẫu	04

STT	Vật tư, vật liệu thay thế	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
9	Xét nghiệm Hóa lý	- Xét nghiệm 22 chỉ tiêu Hóa lý - Xét nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 23500-3:2024	Mẫu	01
II	Khoa Hóa sinh			
1	Cát lọc nước	- Kích thước: 1 – 2mm - Màu sắc: Trắng - Độ ẩm: 18 – 20% bay hơi hao: 5 – 8%	Kg	20
2	Carbon hoạt tính	- Kích thước hạt: \approx 1 – 3mm - Tỷ trọng: 250 – 280 kg/m ³ - Chỉ số iod: > 700 mg/g - Độ tro: 9%	Kg	05
3	Chất trao đổi ion	- Lượng trao đổi: \geq 1,9 eq/l - Kích thước: 0,3 – 1,2 mm - Tỷ trọng: 850 g/l	Lít	25
4	Cột lọc	- Kích thước: 205x1125 mm - Áp lực: 125 psi - Có kèm van 2 cửa	Bộ	01
5	Chất trao đổi ion	- Dạng ion: H ⁺ /OH ⁻ - Thành phần: Cation axit mạnh (40%), Anion bazo mạnh (60%) - Kích thước hạt: 300 – 1200 μ m - Khối lượng vận chuyển: 705 – 740 g/L - Độ đồng đều: 1,7	Lít	25
6	Bóng đèn UV	- Loại: 1 đầu bốn chấu - Chiều dài: 645 mm - Công suất: 32W - Dùng cho bộ đèn UV 601	Cái	01
7	Lõi lọc nước RO	- Lõi lọc áp thấp - Lõi lọc thẩm thấu ngược RO - Khả năng loại bỏ muối: > 98% - Nhiệt độ làm việc lớn nhất: 113°F - Dải pH hoạt động: 2-11 - Lưu lượng nước xử lý: 9,8 m ³ /ngày - Mật độ chỉ số bùn đầu vào: SDI 5	Cái	01
III	Phòng Vật tư – Thiết bị y tế			
1	Lõi lọc nước RO	- Lõi lọc áp thấp - Lõi lọc thẩm thấu ngược RO - Khả năng loại bỏ muối: > 98% - Nhiệt độ làm việc lớn nhất: 113°F - Dải pH hoạt động: 2-11	Cái	04

STT	Vật tư, vật liệu thay thế	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		- Lưu lượng nước xử lý: 9,8 m ³ /ngày - Mật độ chỉ số bùn đầu vào: SDI 5		

Ghi chú: Nhà cung cấp có thể báo giá những hàng hóa có thông số kỹ thuật, đơn vị tính tương đương hoặc tốt hơn (Bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có) trong tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật. Vì vậy nhà thầu có thể chào các hàng hóa có thương hiệu, ký mã hiệu khác nhưng phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu báo giá).

PHỤ LỤC II: MẪU BÁO GIÁ ⁽¹⁾*(Kèm theo Yêu cầu báo giá số: /YCBG-BV ngày tháng 6 năm 2026)*

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Thái Bình

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện đa khoa Thái Bình, chúng tôi....*[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh]* báo giá như sau:

1. Báo giá và dịch vụ liên quan:

Số TT	Số TT yêu cầu báo giá	Danh mục	Thông số kỹ thuật của hàng hoá/ Mô tả dịch vụ	Mã HS	Ký hiệu, mã hiệu, nhãn hiệu, model	Hãng sản xuất/ Xuất xứ	Năm sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng/ Khối lượng	Đơn giá (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (VND)	Thành tiền (VND)
1		Danh mục A											
2		Danh mục B											
n												

*(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của vật tư, thiết bị y tế)*2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng:, kể từ ngày 22/6/2026 *[ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày]*.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Chứng nhận

đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Cam kết chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình; cam kết bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá).

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

(Ghi kèm email, số điện thoại của công ty hoặc người phụ trách báo giá)

....., ngày tháng năm

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp ⁽²⁾

(Ký, họ tên, chức vụ, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này.

(2) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá