

Số: /TM-BV
V/v kiểm tra, tư vấn sửa chữa máy giặt 55kg
tại khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Hung Yên, ngày tháng 07 năm 2026

THƯ MỜI QUAN TÂM

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn - Bệnh viện Đa khoa Thái Bình (Địa chỉ: Số 530, Đường Lý Bôn, Phường Trần Hưng Đạo, Tỉnh Hưng Yên) hiện đang có 01 máy giặt 55kg bị hỏng, cụ thể như sau:

STT	Tên thiết bị hỏng	Tình trạng hỏng
1	Máy giặt 55 kg Model: LS 355 PM-E S/n: 653666/15 Hãng sx: Girbau Nước sx: Tây Ban Nha	Máy không có nhiệt, không quay được lồng giặt, motor có tiếng kêu, van xả không xả được.

Để giúp Bệnh viện xác định nguyên nhân và hướng sửa chữa, Bệnh viện trân trọng kính mời Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam cử kỹ sư có kinh nghiệm và kỹ thuật về kiểm tra, tư vấn sửa chữa máy giặt 55kg bị hỏng trên cho Bệnh viện.

Thời gian kiểm tra tại Bệnh viện: Từ ngày 30/07/2026 đến hết ngày 09/08/2026.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: CN. Vũ Huy Hưng - phòng Vật tư – Thiết bị y tế, số điện thoại: 0988.228.491

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, VTTBYT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lại Đức Trí