

SỞ Y TẾ TỈNH HUNG YÊN
BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI BÌNH

Số: 1609/TM-BV

V/v kiểm tra, tư vấn sửa chữa 03 đầu camera
Full HD TH100, 01 màn hình Full HD, hãng sản
xuất: Karl Storz của khoa Gây mê hồi sức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hung Yên, ngày 05 tháng 08 năm 2026

THƯ MỜI QUAN TÂM

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Khoa Gây mê hồi sức - Bệnh viện Đa khoa Thái Bình (Địa chỉ: Số 530,
Đường Lý Bôn, Phường Trần Hưng Đạo, Tỉnh Hưng Yên) hiện đang có 03 đầu
camera Full HD TH100, 01 màn hình Full HD bị hỏng, cụ thể như sau:

STT	Tên thiết bị hỏng	Tình trạng hỏng	Ghi chú
1	Đầu camera Full HD Model: TH100 S/n: YT970997-H Hãng sx: Karl storz Nước sx: Đức	Đầu camera Full HD chấp chờn lúc được lúc không, nhấp nháy, hình ảnh không ổn định, báo lỗi Head Disconnected	Thuộc hệ thống phẫu thuật nội tiết niệu mã TS: DA067
2	Đầu camera Full HD Model: TH100 S/n: XT880866-H Hãng sx: Karl storz Nước sx: Đức	Đầu camera Full HD chấp chờn lúc được lúc không, nhấp nháy, hình ảnh không ổn định.	Thuộc hệ thống phẫu thuật nội ổ bụng mã TS: DA066
3	Đầu camera Full HD Model: TH100 S/n: YT972707-H Hãng sx: Karl storz Nước sx: Đức	Đầu camera Full HD chấp chờn lúc được lúc không, nhấp nháy, hình ảnh không ổn định.	Thuộc hệ thống phẫu thuật nội ổ bụng mã TS: DA064
4	Màn hình Full HD Model: 9627NB/KS- 27 S/n: C348ZT051 Hãng sx: Karl storz Nước sx: Đức	Màn hình Full HD không nhận tín hiệu hình ảnh.	Thuộc hệ thống phẫu thuật nội ổ bụng mã TS: DA065

Để giúp Bệnh viện xác định nguyên nhân và hướng sửa chữa, Bệnh viện trân trọng kính mời Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam cử kỹ sư có kinh nghiệm và kỹ thuật về kiểm tra, tư vấn sửa chữa chữa 03 đầu camera Full HD TH100, 01 màn hình Full HD bị hỏng trên cho Bệnh viện.

Thời gian kiểm tra tại Bệnh viện: Từ ngày 06/08/2026 đến hết ngày 15/08/2026.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: CN. Đặng Quang Huy - phòng Vật tư – Thiết bị y tế, số điện thoại: 0947.101.110

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, VTTBYT. *ky*

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Lại Đức Trí