

Số: /TM-BV
V/v kiểm tra, tư vấn sửa chữa máy ly tâm Khoa
Huyết học truyền máu

Hưng Yên, ngày tháng 08 năm 2026

THƯ MỜI QUAN TÂM

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Khoa Huyết học truyền máu - Bệnh viện Đa khoa Thái Bình (Địa chỉ: Số 530, Đường Lý Bôn, Phường Trần Hưng Đạo, Tỉnh Hưng Yên) hiện đang có 02 máy ly tâm bị hỏng, cụ thể như sau:

STT	Tên thiết bị hỏng	Tình trạng hỏng
1	Máy ly tâm Model: Heraeus Megafuge 8 S/n: 721117012102 Hãng sx: Thermo Nước sx: Trung Quốc	Máy báo lỗi Code E083, E108
2	Máy ly tâm Model: Rotofix 32 S/n: 0006658 Hãng sx: Hettich Nước sx: Đức	Cửa máy bị lỗi không tự giữ được

Để giúp Bệnh viện xác định nguyên nhân và hướng sửa chữa, Bệnh viện trân trọng kính mời Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam cử kỹ sư có kinh nghiệm và kỹ thuật về kiểm tra, tư vấn sửa chữa máy ly tâm hỏng của Khoa Huyết học truyền máu.

Thời gian kiểm tra tại Bệnh viện: Từ ngày 22/08/2026 đến hết ngày 10/09/2026.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: KS. Bùi Duy Doanh - phòng Vật tư – Thiết bị y tế, số điện thoại: 0979695599.

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: VT, VTTBYT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lại Đức Trí