

Số: 2187/TM-BV
V/v kiểm tra, tư vấn sửa chữa máy X – quang
kỹ thuật số chụp tổng quát.

Hung Yên, ngày 29 tháng 9 năm 2026

THƯ MỜI QUAN TÂM

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp - Bệnh viện Đa khoa Thái Bình (Địa chỉ: Số 530, Đường Lý Bôn, Phường Trần Hưng Đạo, Tỉnh Hưng Yên) hiện đang có 01 Máy X – quang kỹ thuật số chụp tổng quát; Model: Titan 2000 Dual Plus; Hãng sx: Vikomed; Nước sx: Việt Nam bị lỗi, cụ thể như sau:

STT	Tên thiết bị hỏng	Tình trạng hỏng
1	Máy X – quang kỹ thuật số chụp tổng quát Model: Titan 2000 Dual Plus S/n: VKM 30037010415 Hãng sx: Vikomed Nước sx: Việt Nam Năm đưa vào hoạt động: 2024	Tám đưng không di chuyển được.

Để giúp Bệnh viện xác định nguyên nhân và hướng sửa chữa, Bệnh viện trân trọng kính mời Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam cử kỹ sư có kinh nghiệm và kỹ thuật về kiểm tra, tư vấn sửa chữa Máy X – quang kỹ thuật số chụp tổng quát; Model: Titan 2000 Dual Plus; Hãng sx: Vikomed; Nước sx: Việt Nam bị lỗi trên cho Bệnh viện.

Thời gian kiểm tra tại Bệnh viện: Từ ngày 30/9/2026 đến hết ngày 11/10/2026.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: Ks. Nguyễn Việt Cường - Phòng Vật tư – Thiết bị y tế; Số điện thoại: 0904.715.260

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website Bệnh viện;
- Lưu: VT, VTTBYT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Lại Đức Trí