

Số: 2472/TM-BV

Hưng Yên, ngày 26 tháng 10 năm 2026

V/v kiểm tra, tư vấn sửa chữa máy thở tại
khoa Hồi sức tích cực chống độc

THƯ MỜI QUAN TÂM

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Khoa Hồi sức tích cực chống độc - Bệnh viện Đa khoa Thái Bình (Địa chỉ: Số 530, Đường Lý Bôn, Phường Trần Hưng Đạo, Tỉnh Hưng Yên) hiện đang có 01 máy thở, Model: TV-100 bị hỏng, cụ thể như sau:

STT	Tên thiết bị hỏng	Tình trạng hỏng
1	Máy thở Model: TV-100 S/n: TX2101130 Hãng sx: Bio-med Nước sx: Mỹ	VTe sai số nhiều so với cài đặt

Để giúp Bệnh viện xác định nguyên nhân và hướng sửa chữa, Bệnh viện trân trọng kính mời Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam cử kỹ sư có kinh nghiệm và kỹ thuật về kiểm tra, tư vấn sửa chữa Máy thở, Model: TV-100 bị hỏng trên cho Bệnh viện.

Thời gian kiểm tra tại Bệnh viện: Từ ngày 27/10/2026 đến hết ngày 10/11/2026.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: KS. Tổng Trường Giang - phòng Vật tư – Thiết bị y tế, số điện thoại: 0986.052.881

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website Bệnh viện;
- Lưu: VT, VTTBYT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Lại Đức Trí