SỞ Y TẾ TỈNH HƯNG YÊN
BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:2789 /YCBG-BV

Hưng Yên, ngày 23 tháng 11 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Căn cứ Biên bản Hội đồng mua sắm, đấu thầu ngày 18/11/2026 về việc thống nhất một số nội dung liên quan đến công tác đấu thầu, mua sắm;

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói: **Sửa chữa máy siêu âm Affiniti 50 và Affiniti 70, Hãng sản xuất: Philips tại Bệnh viện** với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Thái Bình

Địa chỉ: Số 530, đường Lý Bôn, phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

CN. Phạm Thị Hà, số điện thoại liên hệ: 0963.355.618.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

3.1. Tiếp nhận trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (qua website *https://muasamcong.mof.gov.vn*)

3.2. Tiếp nhận trực tiếp

- Bản giấy ký đóng dấu: Gửi về CN. Phạm Thị Hà – phòng Vật tư – Thiết bị y tế, Bệnh viện Đa khoa Thái Bình, số điện thoại liên hệ: 0963.355.618 (địa chỉ: Số 530, đường Lý Bôn, phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên).

- File mềm (bao gồm bản scan, file excel, file word) gửi vào email: *quanlydauthau.bvdktinhthaibinh@gmail.com*

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ ngày 25/11/2026 đến ngày 04/12/2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 04/12/2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục Sửa chữa máy siêu âm Affiniti 50 và Affiniti 70, Hãng sản xuất: Philips tại Bệnh viện *(Chi tiết tại Phụ lục I đính kèm)*

2. Địa điểm cung cấp: Tại Bệnh viện Đa khoa Thái Bình.

3. Thời gian thực hiện gói thầu dự kiến: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Không áp dụng.

- Thanh toán: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu.

5. Các hãng sản xuất, nhà cung cấp gửi báo giá:

- Tiếp nhận trên Hệ thống: Điền thông tin theo mẫu báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

- Tiếp nhận trực tiếp, qua email: ***Theo mẫu tại phụ lục II đính kèm***; Báo giá ghi rõ email, số điện thoại liên hệ của đơn vị hoặc người phụ trách báo giá;

- Giấy tờ gửi kèm (đối với tất cả các cách tiếp nhận) bao gồm: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tài liệu kỹ thuật của hàng hóa;...

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình kính mời đại diện các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam tham gia báo giá trong thời gian và địa điểm nêu trên./.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ TỈNH HƯNG YÊN
BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI BÌNH

Nguyễn Đức Thái

Nơi nhận:
- Như trên;
- Trang thông tin điện tử của Bệnh viện;
- Lưu: VT, VTTBYT, TCKT, HĐMS

PHỤ LỤC I:
DANH MỤC SỬA CHỮA MÁY SIÊU ÂM AFFINITI 50 VÀ AFFINITI 70, HÃNG SẢN XUẤT: PHILIPS TẠI BỆNH VIỆN

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số: 2789/YCBG-BV ngày 23 tháng 11 năm 2026)

STT	Tên hàng hóa	Tính năng, thông số kỹ thuật tương đương	Đơn vị tính	Số lượng
I	**Trung tâm chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp**			
1	**Máy siêu âm Doppler màu 3 đầu dò** Model: Affiniti 70 Hãng sx: Philips Mã TS: PTSN-028-2023			
	Phương án 01. Thay thế Module xử lý tín hiệu đầu dò			
	Module xử lý tín hiệu đầu dò	**- Module xử lý tín hiệu đầu dò gồm 2 bảng mạch:** + Bảng mạch Channel + Bảng mạch Transducer Select **- Bảng mạch Channel:** **+** Chứa mạch ngoại vi tương tự, các chức năng truyền và nhận, bộ chuyển đổi tương tự sang số và các FPGA định dạng chùm tia kỹ thuật số + Truyền dữ liệu đến ACB qua 8 đường nối tiếp tốc độ cao + Chứa các mạch thu tín hiệu tương tự trong Snowy ASIC + Điện áp máy phát lên tới +/- 100 volt được tạo ra bởi các thiết bị phát xung tích hợp + Bộ chuyển đổi tương tự sang số 14-bit trên mỗi kênh trong số 128 kênh + Chứa điều chỉnh tuyến tính điện áp cao cho các máy phát + Chứa các bộ điều chỉnh tuyến tính cho điện áp đầu dò ma trận sau nằm trên Bảng kênh: XHV-, XHV+, XV-5,XV+11 và XV+3.3 + Chứa mạch để đọc và giám sát các điện áp và nhiệt độ hệ thống khác nhau bằng Hệ thống thu thập dữ liệu + Chứa các bộ tạo tín hiệu RST để tạo ra tín hiệu TestRF được gửi đến tất cả các kênh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra máy thu **- Bảng mạch Transducer Select** + Ghép kênh đầu vào và đầu ra của một đầu nối đầu dò CW tĩnh và tối đa bốn đầu nối đầu dò vào giao diện người dùng của hệ thống 128 kênh	Cái	01

STT	Tên hàng hóa	Tính năng, thông số kỹ thuật tương đương	Đơn vị tính	Số lượng
		+ Ghép kênh được xử lý bằng rơle + Phần cứng lựa chọn đầu dò sẽ ngắt ACB khi có sự thay đổi xảy ra trong các đầu dò được kết nối + Giao tiếp với bo mạch ACB bằng bus chẩn đoán I2C + Cho phép kết nối tín hiệu TestRF với từng kênh - Tương thích với máy siêu âm Affiniti 70, hãng sản xuất: Philips		
	Phương án 02. Sửa chữa Module xử lý tín hiệu đầu dò			
	Sửa chữa Module xử lý tín hiệu đầu dò	- Sửa chữa bo mạch Channel Board: mạch front-end analog, chức năng truyền và nhận, các bộ chuyển đổi analog-số - Sửa chữa bo mạch Transducer Select Board: Chọn kênh và đầu dò tương ứng cho hệ thống	Trọn gói	01
2	**Máy siêu âm tim** Model: Affiniti 50 Hãng sx: Philips Mã TS: PTSN-028-2023			
2.1	Đầu dò Linear	- Tần số: ≤ 3 - ≥ 12 MHz - Số chấn tử: ≥ 160 - Khẩu độ quét: ≥ 38 mm - Có khả năng mở rộng tầm nhìn - Có hỗ trợ hướng dẫn sinh thiết - Ứng dụng thăm khám: Mô mềm, tuyến vú, mạch máu, can thiệp, ruột, cơ xương khớp, mô mềm - Tương thích với máy siêu âm Affiniti 50, hãng sản xuất: Philips	Cái	01
2.2	Đầu dò Sector	- Tần số: ≤ 2 - ≥ 4 MHz - Số chấn tử: ≥ 80 - Khẩu độ quét: ≥ 20 mm - Trường quan sát: ≥ 90 độ - Ứng dụng thăm khám: Tim người lớn, tim trẻ em, ổ bụng, Doppler xuyên sọ - Có hỗ trợ hướng dẫn sinh thiết - Tương thích với máy siêu âm Affiniti 50, hãng sản xuất: Philips	Cái	01
2.3	Đầu dò Convex	- Tần số: ≤ 2 - ≥ 6 MHz - Số chấn tử: ≥ 128 - Khẩu độ quét: ≥ 63 mm	Cái	01

STT	Tên hàng hóa	Tính năng, thông số kỹ thuật tương đương	Đơn vị tính	Số lượng
		- Ứng dụng thăm khám: Ổ bụng tổng quát, ruột, sản khoa, phụ khoa, tuyến tiền liệt và các ứng dụng can thiệp - Có hỗ trợ hướng dẫn sinh thiết - Tương thích với máy siêu âm Affiniti 50, hãng sản xuất: Philips		
2.4	Bảng điều khiển	- Kết nối trực tiếp với màn hình cảm ứng - Sử dụng để điều khiển các chế độ siêu âm, lưu trữ hình ảnh và video, in ấn, đo đạc và bật tắt hệ thống siêu âm - Bao gồm các phím bấm điều khiển, phím xoay, bi lăn và thanh TGC - Tương thích với máy siêu âm Affiniti 50, hãng sản xuất: Philips	Cái	01
II	**Trung tâm tim mạch**			
1	**Máy siêu âm Doppler màu ≥ 3 đầu dò** Model: Affiniti 70 Hãng sx: Philips Mã TS: CT-040-2021			
	Bảng điều khiển	- Kết nối trực tiếp với màn hình cảm ứng - Sử dụng để điều khiển các chế độ siêu âm, lưu trữ hình ảnh và video, in ấn, đo đạc và bật tắt hệ thống siêu âm - Bao gồm các phím bấm điều khiển, phím xoay, bi lăn và thanh TGC - Tương thích với máy siêu âm Affiniti 70, hãng sản xuất: Philips	Cái	01
2	**Máy siêu âm tim** Model: Affiniti 50 Hãng sx: Philips Mã TS: PTSN-119-2020			
	Đầu dò Sector	- Tần số: ≤ 2 - ≥ 4 MHz - Số chấn tử: ≥ 80 - Khẩu độ quét: ≥ 20 mm - Trường quan sát: ≥ 90 độ - Ứng dụng thăm khám: Tim người lớn, tim trẻ em, ổ bụng, Doppler xuyên sọ - Có hỗ trợ hướng dẫn sinh thiết - Tương thích với máy siêu âm Affiniti 50, hãng sản xuất: Philips	Cái	01

Ghi chú:

- Đối với các danh mục mua sắm để thay thế, yêu cầu các nhà cung cấp báo giá 02 trường hợp: có thu hồi và không thu hồi linh kiện/phụ kiện/vật tư.

- Nhà cung cấp có thể báo giá những hàng hóa có thông số kỹ thuật, đơn vị tính tương đương hoặc tốt hơn (Bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có) trong tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật. Vì vậy nhà thầu có thể chào các hàng hóa có thương hiệu, ký mã hiệu khác nhưng phải đảm bảm tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng "tương tương" hoặc "tốt hơn" so với yêu cầu báo giá).

PHỤ LỤC II: MẪU BÁO GIÁ [(1)]

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số: 2789*/YCBG-BV ngày* 23 *tháng 11 năm 2026)*

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Thái Bình

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện đa khoa Thái Bình, chúng tôi….*[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh]* báo giá …….…….. như sau:

1. Báo giá …….. và dịch vụ liên quan:

Số TT	**Số TT yêu cầu báo giá**	**Danh mục ……**	**Thông số kỹ thuật của hàng hoá/ Mô tả dịch vụ**	**Mã HS**	**Ký hiệu, mã hiệu, nhãn hiệu, model**	**Hãng sản xuất/ Xuất xứ**	**Năm sản xuất**	**Đơn vị tính**	**Số lượng/ Khối lượng**	**Đơn giá (VND)**	**Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VND)**	**Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (VND)**	**Thành tiền (VND)**
1		Danh mục A											
2		Danh mục B											
n		…..											

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của vật tư, thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ……., kể từ ngày 04/12/2026 [*ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày*].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Cam kết chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình; cam kết bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá).

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

(Ghi kèm email, số điện thoại của công ty hoặc người phụ trách báo giá)

....., ngày ..... tháng ..... năm .....

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp [(2)]
(Ký, họ tên, chức vụ, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này.

(2) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá